

Kit d'analyse de l'alcalinité totale Titrets®

K-9810 : 10 - 100 ppm

K-9815 : 50 - 500 ppm

K-9820 : 100 - 1 000 ppm

Informations relatives à la sécurité

Lire la fiche de données de sécurité (disponible sur le site www.chemetrics.com) avant de réaliser la présente procédure d'analyse. Porter des lunettes et des gants de protection.

Procédure d'analyse

1. Verser 20 ml de l'échantillon à tester dans le bécher à échantillons (fig. 1).
2. Ajouter 6 gouttes de solution d'activation A-9800 (fig. 2). Agiter pour bien mélanger le contenu du bécher.
REMARQUE : l'échantillon doit maintenant être vert. S'il est rose, l'alcalinité totale est égale à 0 ppm. Il n'est donc pas nécessaire de poursuivre.
3. Casser la pointe de l'ampoule au niveau du cercle noir (fig. 3).
REMARQUE : une fois la pointe de l'ampoule cassée, le tuyau flexible restera en place sur le col de l'ampoule.
4. Soulever la barre de commande et insérer le Titret dans le Titrettor (fig. 4).
REMARQUE : le tube d'échantillonnage rigide dépassera d'environ 4 cm le corps du Titrettor.
5. Maintenir le Titrettor avec le tube d'échantillonnage dans l'échantillon. Appuyer fermement, mais brièvement, sur la barre de commande pour prendre une petite quantité d'échantillon (fig. 5). Le contenu deviendra **ROSE**.
REMARQUE : NE JAMAIS appuyer sur la barre de commande si le tube d'échantillonnage n'est pas dans l'échantillon.
6. Appuyer de nouveau sur la barre de commande pour prélever une autre petite quantité d'échantillon dans l'ampoule (fig. 5).
7. Agiter l'ensemble pour mélanger le contenu de l'ampoule. Attendre le changement de couleur de **ROSE à VERT VIF**.
8. Répéter les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que le changement de couleur soit permanent.
9. Lorsque le liquide de l'ampoule devient **VERT**, retirer l'ampoule du Titrettor. Maintenir l'ampoule **pointe vers le haut**, et lire l'échelle à l'opposé du niveau du liquide (fig. 6). Les résultats sont une mesure de la concentration en carbonate de calcium (CaCO₃) exprimée en ppm (mg/l).

Interprétation des résultats d'analyse

Si le contenu de l'ampoule ne devient pas **rose** à l'étape 5, la concentration en alcalinité de l'échantillon est supérieure à la plage d'analyse. Si l'ampoule se remplit complètement et que le contenu ne devient pas **vert**, la concentration en alcalinité est inférieure à la plage d'analyse.

Méthode d'analyse

Le kit d'analyse de l'alcalinité totale Titrets®¹ repose sur une solution titrée acide et un indicateur de pH mixte.^{2,3,4}

1. Titrets est une marque déposée de la société CHEMetrics, Inc. - Brevet américain n° 4,332,769
2. ASTM D 1067 - 06, Acidité ou alcalinité de l'eau, Méthode d'analyse B
3. Méthodes APHA standards, 22^e éd., Méthode 2320 B -1997
4. Méthodes EPA d'analyse de l'eau et des déchets, Méthode 310.1 (1983)



www.chemetrics.com
4295 Catlett Road, Midland, VA 22728 États-Unis

E-mail : orders@chemetrics.com

Février 2018, Rév. 11




Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6